

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310038
CÓDIGO / CODE	107091
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10709119166
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MK
	LOTE / LOT: 10719519172
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040003P
	LOTE / LOT: 10725519107
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	78.1 - 108	92.8
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	224 - 309	263

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control