

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310038
CÓDIGO / CODE	107091
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10709121182
DATA DE FABR./MANUF. DATE	05/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MK
LOTE / LOT:	10719521182
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040003P
LOTE / LOT:	10725521117
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.48
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	74.50 - 103.00	92.9
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	230.00 - 317.00	281.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control