

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310204  
**CÓDIGO / CODE** 110166  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040180MWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 6X30ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1101662053  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2020  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040030MMWS  
LOTE / LOT: 1101672051  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.002
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	74.50 - 103.00	93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	230.00 - 317.00	286.3

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control