

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310072
CÓDIGO / CODE	108365
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	1083651995
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110030MK
LOTE / LOT:	1083641960
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110003P
LOTE / LOT:	1073701976
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.25
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.237
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	2.79 - 4.45	3.76
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	3.72 - 5.94	5.00

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control