

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310206
CÓDIGO / CODE	109402
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA WS 1X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1094021938
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110250MKWS
	LOTE / LOT: 1094061938
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.244
TRULAB N - LOTE: 24382 (g/dL)	2.79 - 4.45	3.85
TRULAB P - LOTE: 24383 (g/dL)	3.72 - 5.94	5.05

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control