

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 109402
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 1X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1094022149
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110250MKWS
LOTE / LOT: 1094062149
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.245
TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)	2.80 - 4.46	3.85
TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)	3.88 - 6.20	5.46

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control