

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 111229
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110154.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS R1 4 X 38,6 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 111229209
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110038.6RWS
LOTE / LOT: 111228209
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.24
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.245
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	3.04 - 4.86	4.21
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	3.97 - 6.33	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control