

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310048</b>                              |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107101</b>                                   |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1080250K</b>                                 |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML</b> |
|                                     | <b>KIT</b>                                      |
|                                     | LOTE / LOT: 10710120129                         |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020               |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021         |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                   |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080040R1K        |
|                                     | LOTE / LOT: 10720520128                         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021         |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                   |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080050R2K        |
|                                     | LOTE / LOT: 10720820127                         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021         |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION                 | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                      | RESULTADO / RESULTS |
|---|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1                 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID  | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2                 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                           | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                           | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR  | Conforme/According  |
| pH R1 (25 oC)                           | 1 - 1.2  | 1.13                |
| pH R2 (25 oC)                           | 0 - 0.2  | 0.07                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm      | 0 - 0.03   | 0.000               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03   | 0.000               |
| TRULAB N - 25894 (mg/dL)                | 0.61 - 1.03  | 0.78                |
| TRULAB P - 25895 (mg/dL)                | 1.18 - 2.01  | 1.47                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control