

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310048
CÓDIGO / CODE	110135
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1080075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101351941
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1M
	LOTE / LOT: 1101361941
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2M
	LOTE / LOT: 1101371941
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.19
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
TRULAB N - 25894 (mg/dL)	0.602 - 1.03	0.86
TRULAB P - 25895 (mg/dL)	1.24 - 2.12	1.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control