

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310048
CÓDIGO / CODE	111213
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1080200R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA DIRETA R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
KIT	
LOTE / LOT:	1112132130
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1080050T
LOTE / LOT:	1112122130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1080050T
LOTE / LOT:	1112122130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.18
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.18
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.64
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.57

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control