

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310055
CÓDIGO / CODE	107102
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10710220130
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K
	LOTE / LOT: 10720920111
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K
	LOTE / LOT: 10721020112
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.83
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.95
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.003
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.008
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	1.36 - 2.32	1.51
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	3.37 - 5.74	4.70

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control