

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310055
CÓDIGO / CODE	107102
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1090075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10710221133
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090020R1K
	LOTE / LOT: 10720921112
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090015R2K
	LOTE / LOT: 10721021114
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO, LEVEMENTE OPACO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH, SLIGHTLY OPALESCENT	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	0.70 - 0.90	Conforme/According
PH (25oC) R2	0.80 - 1.00	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 -546 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.43
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	3.66 - 6.23	4.24

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control