

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310043
CÓDIGO / CODE	107079
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2010075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-MB DS R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10707921177
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2010020R1K
	LOTE / LOT: 1079602190
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2010015R2K
	LOTE / LOT: 1079612189
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022
	REAGENTE 3 / REAGENT 3
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2010003R3K
	LOTE / LOT: 10726320121
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.150 - 0.400	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	0.150 - 0.500	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	27.80 - 41.70	28.71
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	50.90 - 76.30	51.36

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control