

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310126</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>108095</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2120075K</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CK-MB R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	10809521139
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	01/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2120020R1K
	LOTE / LOT:	10721520138
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2021
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2120015R2K
	LOTE / LOT:	10721621143
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.150 - 0.400	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	0.150 - 0.500	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	27.80 - 41.70	30.50
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	50.90 - 76.30	56.65

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control