

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310126**
CÓDIGO / CODE **111215**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2120112.4R**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **CK-MB R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)**

KIT

LOTE / LOT: 1112152030
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2020
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T
 LOTE / LOT: 1112142030
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T
 LOTE / LOT: 1112142030
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.150 - 0.400	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	0.150 - 0.500	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	27.2 - 40.7	33.58
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	45.2 - 67.7	47.62

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control