

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310044</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107080</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2020075K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 10708020188
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020020R1K
	LOTE / LOT: 10730120146
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020015R2K
	LOTE / LOT: 10730220152
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	131.00 - 197.00	148.9
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	203.00 - 305.00	224.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control