

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310044
CÓDIGO / CODE	107305
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-NAC DGKC/IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML
KIT	
LOTE / LOT:	10730520131
DATA DE FABR./MANUF. DATE	01/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2020040R1K
LOTE / LOT:	10730320130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2021
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2020050R2K
LOTE / LOT:	10730420130
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 25894 (U/L)	143 - 215	159.33
TRULAB P - LOTE: 25895 (U/L)	199 - 298	223.67

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control