

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310044</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107305</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2020250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>CK-NAC DGKC/IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 10730520134
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020040R1K
	LOTE / LOT: 10730320133
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020050R2K
	LOTE / LOT: 10730420133
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 25894 (U/L)	143 - 215	166.7
TRULAB P - LOTE: 25895 (U/L)	199 - 298	226.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control