

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310044
CÓDIGO / CODE	110146
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2020075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101462066
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020020R1M
	LOTE / LOT: 1101472063
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020015R2M
	LOTE / LOT: 1101482064
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	CONFORME/ACCORDING
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)	131.00 - 197.00	151
TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)	203.00 - 305.00	233

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control