

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310040
CÓDIGO / CODE 107087
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10708721136
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MK
LOTE / LOT: 10719021141
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020003P
LOTE / LOT: 1072532180
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	155.2
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	218.1
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	135.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control