

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310195  
**CÓDIGO / CODE** 109354  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 2X250ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1093542165  
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS  
LOTE / LOT: 1093572165  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	155.2
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	218.1
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	135.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control