

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310195	
CÓDIGO / CODE	110149	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020180MWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL WS 6X30 ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1101492042
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020030MMWS
	LOTE / LOT:	1101502041
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.008
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	156.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	217.6
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	156.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control