

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310195
CÓDIGO / CODE	110149
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020180MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL WS 6X30 ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1101492148
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
	LOTE / LOT: 1101502147
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.006
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	134.00 - 178.00	152.8
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	187.00 - 248.00	213.3
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	130.00 - 173.00	141.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control