

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310057
CÓDIGO / CODE	107089
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10708920221
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030200R1K
LOTE / LOT:	10719120193
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2022
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030050R2K
LOTE / LOT:	10719420160
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2021
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030003P
LOTE / LOT:	10735520170
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.90
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.180	0.152
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	1.19 - 1.85	1.52
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	3.82 - 5.98	5.04

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control