

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310205 |
| CÓDIGO / CODE | 110151 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1030150MWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1101512165 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 01/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030030R1MWS |
| | LOTE / LOT: 1101522163 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030015R2MWS |
| | LOTE / LOT: 1101532163 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 12.90 - 13.10 | 12.95 |
| PH (25 oC) R2 | 1.60 - 1.80 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm | 0.000 - 0.030 | 0.000 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm | 0.120 - 0.180 | 0.145 |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL) | 1.19 - 1.85 | 1.54 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL) | 3.82 - 5.98 | 5.08 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control