

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310052
CÓDIGO / CODE	107093
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1050075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C IMUNO R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10709321173
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 06/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050020R1K
	LOTE / LOT: 10719621139
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1050015R2K
	LOTE / LOT: 10719721143
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.90 - 7.10	Conforme/According
PH (25 oC) R2	6,90 - 7,10	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 600-700 nm	0.000 - 0.0150	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 600-700 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	29.60 - 44.40	30.83
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	39.00 - 51.60	46.98
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	53.10 - 70.30	63.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control