

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310210**
CÓDIGO / CODE **109386**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1120250KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML**

KIT

LOTE / LOT: 1093861949
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2019
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS
 LOTE / LOT: 1093891948
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS
 LOTE / LOT: 1093901948
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.79
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.34
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 24382 (g/dL)	5.71 - 7.13	6.66
TRULAB P - LOTE: 24383 (g/dL)	7.79 - 9.71	9.12

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control