

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310210</b>                             |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>109386</b>                                  |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1120250KWS</b>                              |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML</b> |
|                                     | <b>KIT</b>                                     |
|                                     | LOTE / LOT: 1093862056                         |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2020             |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022        |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS     |
|                                     | LOTE / LOT: 1093892055                         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022        |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS     |
|                                     | LOTE / LOT: 1093902055                         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022        |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION              | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1              | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID         | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2              | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID                  | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                        | 12.6 - 13.0                                       | 12.95               |
| pH (25 oC) R2                        | 13.1 - 13.5                                       | 13.44               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm   | 0.000 - 0.030                                     | 0.001               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060                                     | 0.050               |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)        | 6.19 - 7.71                                       | 7.16                |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)        | 8.25 - 10.3                                       | 9.39                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control