

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310039
CÓDIGO / CODE 107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10709619133
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MK
LOTE / LOT: 10720019135
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060003P
LOTE / LOT: 1072541988
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 °C)	7.1 - 7.3	7.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.016
TRULAB N - LOTE : 24382 (mg/dL)	75.8 - 109	91.3
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	136 - 195	175.8
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	113.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control