

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310207  
**CÓDIGO / CODE** 109398  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1093982059  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS  
LOTE / LOT: 1094002056  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.18
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.013
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	76.2 - 110	89.75
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	141 - 202	170.53
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	108.18

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control