

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310039
CÓDIGO / CODE	107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10709621152
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
LOTE / LOT:	10720021147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
LOTE / LOT:	1072542197
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.020
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	77.70 - 112.00	92.09
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	182.00 - 262.00	218.84
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.00	90.33

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control