

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310041</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107099</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1070250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 10709920201
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1K
	LOTE / LOT: 10720120157
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070050R2K
	LOTE / LOT: 10720420134
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	<b>PADRÃO / STANDARD</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070003P
	LOTE / LOT: 10725620125
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.85
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.88
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.60
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.255
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.927
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	32.6 - 51.0	42.81
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	116 - 182	154.47

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control