

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310041
CÓDIGO / CODE	107099
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10709920202
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1K
	LOTE / LOT: 10720120158
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070050R2K
	LOTE / LOT: 10720420134
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070003P
	LOTE / LOT: 10725620125
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.87
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.90
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.253
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.936
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	34.93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	153.93

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control