

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310041 |
| CÓDIGO / CODE | 107099 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1070250K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10709919166 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 06/2019 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1K |
| | LOTE / LOT: 10720119148 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070050R2K |
| | LOTE / LOT: 10720419124 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021 |
| | PADRÃO / STANDARD |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070003P |
| | LOTE / LOT: 10725619110 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 7.70 - 7.90 | 7.82 |
| pH (25 oC) R1 + R2 | 7.70 - 7.90 | 7.88 |
| pH (25 oC) R2 | 9.50 - 9.70 | 9.65 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm | 0.200 - 0.300 | 0.239 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 1.700 - 2.000 | 1.919 |
| TRULAB N - LOTE:24382 (mg/dL) | 32.2 - 50.3 | 39.29 |
| TRULAB P - LOTE:24383 (mg/dL) | 116 - 181 | 145.08 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control