

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
CÓDIGO / CODE	110187
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070150MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
KIT	
LOTE / LOT:	1101871941
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070030R1MWS
LOTE / LOT:	1101881941
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070015R2MWS
LOTE / LOT:	1101891942
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.82
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.88
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.239
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.919
TRULAB N - LOTE:24382 (mg/dL)	32.2 - 50.3	39.29
TRULAB P - LOTE:24383 (mg/dL)	116 - 181	145.08

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control