

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
CÓDIGO / CODE	110187
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070150MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1101872051
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070030R1MWS
	LOTE / LOT: 1101882051
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070015R2MWS
	LOTE / LOT: 1101892052
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.87
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.90
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.253
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.936
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	34.93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	153.93

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control