

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310041</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107099</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1070250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10709920208
DATA DE FABR./MANUF. DATE	12/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070200R1K
LOTE / LOT:	10720120160
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070050R2K
LOTE / LOT:	10720420136
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
<b>PADRÃO / STANDARD</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070003P
LOTE / LOT:	10725620127
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.77
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.78
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.60
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.250
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.929
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	34.5
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	157

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control