

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189
CÓDIGO / CODE	111183
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070179.2RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 4X34,5ML + R2 4X10,3ML (RESPONS)
KIT	
LOTE / LOT:	1111832124
DATA DE FABR./MANUF. DATE	03/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070044.8TWS
LOTE / LOT:	1111842124
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070044.8TWS
LOTE / LOT:	1111842124
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.80
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.80
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.57
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.249
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.964
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	27.90 - 43.60	35.07
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	126.00 - 197.00	159.02

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control